

仕 様 書

令和 7 年度	執行伺番号: 17464
---------	--------------

件 名	呼吸機能検査機器用マウスピースの購入		
品 名	マウスピース		
規格	呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプ 対応機種: バイタログラフ ハイ・チェッカー 型番: 8-7029-01 材質: 紙、樹脂 外径: φ30mm		
参考物品	メーカー: バイタログラフ 商品名 : セイフTウェイ・マウスピース 型番 : 8-9588-01		
数量・単位	200個		
納入場所	保健部健康推進課		
納入期限	令和8年3月31日(火)		
見積提出方法	持参、郵送またはFAX		
見積提出課	保健部健康推進課		
担当者	濱田 理恵		
TEL	083-231-1366	FAX	083-235-3901

条件及び 注意事項	・見積書に支払期限は請求書受理後30日以内とする旨明示すること。
--------------	----------------------------------