

仕 様 書

件 名	ハンディ水質計 1台	
納 入 場 所	上下水道局北部事務所 (下関市豊浦町大字川棚4153-3)	
納 入 期 限	発注後 5 週間	
同 等 品	可	
物 品 名	ハンディ水質計	
購 入 数 量	1 台	
仕 様	測 定 原 理	DPD試薬吸光光度法
	測 定 範 囲	0～2.00mg/L
	測 定 波 長	511±2nm
	光 源	LED
	測 定 項 目	残留塩素
	測 定 方 式	透過吸収測定
	測 定 セ ル	キャップ付 φ24mmバイアルびん
	表 示 形 式	デジタル
	検 水 量	10mL
	使 用 試 薬	粉体試薬 残留塩素（製作メーカー：柴田科学（株））
	電 源 （ V ）	単4乾電池4本
	そ の 他	標準付属品付
備 考	参考商品：柴田科学株式会社 AQ-201 アクアブ 品番 080560-2012	