

仕 様 書

- 1 件 名 DO 計 1 台
- 2 納 期 発注後 4 週間
- 3 同 等 品 可
- 4 納品場所 下関市豊浦町大字川棚 4153 番地 3
下関市上下水道局 北部事務所
- 5 仕 様
 - ・測定方式：隔膜型ガルバニ電池式酸素センサー
 - ・測定範囲：0～20mg/L
 - ・校正方法：空気による簡単校正
 - ・補正機能：自動温度補正、手動塩分補正
 - ・ケーブル長：5m※参考商品
飯島電子工業(株) ID-160T (ケーブル長 5m)
- 6 そ の 他
 - ・処分する DO 計 1 台（飯島電子工業(株)ID-150）があるため、代金にはこの引き取りを含むこと。
 - ・納品前に連絡し、担当者の指示に従うこと。北部事務所 下水道係
TEL : 083-772-4028